

BISCO

CE

***DUAL-SYRINGE
DISPENSER***

Instructions for Use



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.

1-847-534-6000
1-800-247-3368

NO

IN-163R6
Rev. 4/19

DUAL-SYRINGE DISPENSER

GENERELL INFORMASJON

BISCO DUAL-SYRINGE DISPENSER er utformet for bruk med alle BISCOs dobbeltsprøyteprodukter. DUAL-SYRINGE DISPENSER gjør det mulig for brukeren å dispensere materialer med høyere viskositet gjennom en automatisk blandespiss med letthet og nøyaktighet.

Forholdsregler:

- For å unngå polymerisering eller tilstopping, skal dobbeltsprøytenes blandespiss sitte på plass inntil neste påføring. Det anbefales å bruke vanlig tilgjengelig hygienisk beskyttelsestildekning under behandlingen for å unngå kontaminering av sprøytene. Hvis brukt intraoralt, skal blandespissen tørkes av med desinfiseringsmiddel før den oppbevares.
- Hvis brukt intraoralt, rengjøres DUAL-SYRINGE DISPENSER i henhold til instruksjonene før den oppbevares.

BRUKSANVISNING

Laste dobbeltsprøyten inn i dispenseren:

1. Sett dispenserstempleet på plass for å gjøre klar til dobbeltsprøyteholderen ved å skyve opp utløserpakken som sitter på baksiden av dispenseren. Mens stempelutløseren skyves opp, kan stempleet gli fritt frem og tilbake. Trekk stempleet helt tilbake.
2. Ta ut stempleet fra baksiden på dobbeltsprøyteholder som skal settes inn i dispenseren. Dette gjøres ved å trekke stempleet fast tilbake. Oppbevar dette manuelle stempleet for dispensering av materiale uten dispenseren.
3. Dobbelsprøyteholderen passer kun inn i dispenseren på én måte. Sett fra siden orienteres holderen til den er innrettet med sporet på forsiden av dispenseren. Skyv patronen inn i dispenseren til du hører et klikk. Klikket sikrer at patronen er helt på plass og låst.

Ta av hetten på dobbeltsprøytepatronen og sett på blandespissen:

1. Ta av hetten på holderen ved å vri den 90 grader mot klokken og trekk den av.
2. Før du setter blandespissen på dobbeltsprøyteholderen, klem håndtaket på dispenseren til en liten mengde materiale kommer ut fra begge løpene på dobbeltsprøyteholderen og spre det på en blandepute. Dette for å sikre en homogen blanding av materialet.
3. Velg en blandespiss.
4. Rett inn den lille v-formede tappen mederst på blandespissen med det v-formede hakket på dobbeltsprøyten. Skyv blandespissen på dobbeltsprøyten og vri løpet 90 grader med klokken.
5. Tilstett ønsket mengde av materialet **med et forsiktig og jevnt trykk**. For å unngå polymerisering eller tilstopping, skal dobbeltsprøytenes blandespiss settes på plass før neste påføring.

Fjerne og sterilisere/desinfisere dispenseren:

1. Fjern dobbeltsprøyten fra dispenseren ved å skyve stempelutløserpakken opp og trekk stempleet helt tilbake. Skyv dobbeltsprøyten ut av dispenseren. Den skal gli fritt, hvis ikke, løftes utløserpakken igjen, trekk tilbake stempleet og sørg for at det er helt tilbaketrasket.
2. Desinfeksjonsmetode: Rengjør dispenseren med en etanoløsning eller et impregnernt dentaltørkle.
3. Steriliseringemetode: Dispenseren kan steriliseres i en autoklav ved en temperatur som ikke overskrider 132 °C for å hindre forvrengning av dispenserematerialet (syntetisk harpiks). For informasjon, ta kontakt med autoklavens produsent. Ikke bruk dispenseren før den er helt avkjølt.

GARANTI: BISCO, Inc. vil erstatte produkter som er bevist å være mangelfulle. BISCO, Inc. aksepterer ikke ansvar for eventuelle skader eller tap, enten de er direkte eller indirekte og som kan oppstå som følge av å bruke eller ikke kunne bruke produktet slik det er beskrevet. Før produktet tas i bruk, er det brukerens ansvar å vurdere om produktet egner seg for tiltenkt bruk. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar forbundet med dette.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92