

Bisco

CE0459

REVEALTM

*Light-
Cured*

Bonded Functional Esthetic Prototype

Instructions for Use



FI

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.

IN-184R4
Rev. 9/17

1-847-534-6000
1-800-247-3368

REVEAL™*

BFEP-väliaikaismateriaali

TIETOA TUOTTEESTA

REVEAL on luja flow-yhdistelmämuovi, joka on tarkoitettu pidempiaikaisten sidostettavien väliaikaisrestauraatioiden valmistamiseen (BFEP – Bonded Functional Esthetic Prototype). Nanokokoiset fillerit mahdollistavat **REVEAL**-tuotteen erinomaisen kiillotettavuuden, samalla ne maksimoivat fillerimäärän ja siten tekevät **REVEAL**:stä mahdollisimman lujan ja kestävän väliaikaismateriaalin. Käyttämällä **REVEAL**:iä diagnostisesti lääkäri voi osittaa ja muokata potilaan odotusten mukaisen esteettisen lopputuloksen, ennen lopullista restauraatiota.

Käyttöindikaatiot:

BFEP-väliaikaistyöt

Huomautus:

- Ristikontaminaatio: Tuotteessa saattaa olla osia, jotka on tarkoitettu kertakäyttöön. Hävitä käytetyt tai kontaminoituneet yksikköannospakkaukset, levittimet ja kärjet. Ei saa puhdistaa, desinfioida tai käyttää uudelleen.

Varoitoimet:

- Vältä ihokosketusta; polymerisoimattomat (met)akrylaattiresiinit saattavat aiheuttaa ihoärsytystä herkillä henkilöillä. Jos ainetta joutuu kosketuksiin ihon kanssa, pese huolellisesti saippualla ja vedellä.
- Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
- Katso käyttöturvallisuustiedote www.Bisco.com.

KÄYTTÖOHJEET

1. Eristä ja puhdista pinnat, joille **REVEAL**-tuotetta tullaan annostelevaan.
2. Tee yksilöllinen jäljennöslusikka kirkkaasta lusikkamateriaalista (ts. Triad TranSheet Clear*) kipsimallin päällä.
3. Koveta yksilöllinen jäljennöslusikka valokovetusboxissa. Trimmaa tarvittaessa.
4. Ruiskuta kirkasta VPS:ää (kuten **REVEAL** Clear Matrix) yksilölliseen jäljennöslusikkaan ja kipsimallille. Aseta yksilöllinen jäljennöslusikka kipsimallin päälle.
5. Kun kirkas VPS on kovettunut, trimmaa ylimääräinen materiaali pois. Sovita potilaan suuhun.
6. Etsaa hampaat etsausaineella (kuten UNI-ETCH® wIBAC) (etsausaika tuotteen käyttöohjeesta). Käytä piste-etsausta tai totaalietsausta – tilanteesta riippuen ja huuhtele.
7. Annostelee sidosaine (ALL-BOND 3®) ohjeiden mukaisesti ja valokoveta 10 sekuntia.
8. Ruiskuta **REVEAL**-tuotetta kirkkaaseen matriisiin.
9. Aseta kirkas matriisi / yksilöllinen jäljennöslusikka suuhun. Anna **REVEAL**-tuotteen virrata 2 minuutin ajan.
10. Poista kovettunut yksilöllinen jäljennöslusikka, jolloin kirkas matriisi jää suuhun. Koveta **REVEAL** matriisin läpi, 20 sekuntia pintaa kohden.
11. Poista kirkas matriisi ja trimmaa yhdistelmämuoviylimäärät pois kovametalliporilla tai timanteilla.
12. Kiillota yhdistelmämuovi.

HYGIENIA: Aseta luer-lock korkki uudestaan paikoilleen. Yleisesti saatavilla olevien suojapussien käyttäminen on suositeltavaa, jotta ruiskut eivät kontaminoidu hoidon aikana.

SÄILYTYS: säilytä huoneenlämmössä (20°C/68°F - 25°C/77°F).

HÄVITTÄMINEN: Noudata jätteen hävittämistä koskevia hoitoyhteisön säännöksiä. Jos näitä ei ole, noudata jätteen hävittämistä koskevia kansallisia tai alueellisia säännöksiä.

TAKUU: BISCO, Inc. tunnustaa vastuunsa korvata vialliseksi osoittautuvat tuotteet. BISCO, Inc. ei vastaa mistään suorista tai seuraussellista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat kyseisten tuotteiden käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttäjä niitä kuvatulla tavalla. Tuotteiden sopivuuden määrittäminen aiotuun tarkoitukseen on käyttäjän vastuulla. Käyttäjä ottaa itselleen kaikki asiaan liittyvät riskit ja vastuut.

* REVEAL on BISCO, Jne. -yhtiön tavaramerkki.

Dentsply International -yhtiö on Triad TranSheet Clear -tuotteen valmistaja

UNI-ETCH ja ALL-BOND 3 ovat BISCO, Jne. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92